

Số: 592/TTKSBT-DVTTYT
V/v mời chào thiết bị

Nghệ An, ngày 22 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp thiết bị chuyên dùng

Thực hiện theo quy định của pháp luật về việc công khai minh bạch trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An xin thông báo đến các đơn vị có năng lực cung cấp gửi báo giá về khoa Dược - vật tư trang thiết bị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An – địa chỉ: Số 140 đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trước 17h ngày 02/7/2023.

TT	Tên thiết bị	SL	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật
01	Máy đo Clo dư	01	Máy	Thang đo 0.00 đến 5.00 mg/L (ppm) Cl2 Độ phân giải 0.01 mg/L (ppm) Độ chính xác ± 0.03 mg/L và $\pm 3\%$ giá trị đo Nguồn đèn: Đèn tungsten Nguồn sáng: tế bào quang điện silicon @ 525 n Loại cuvet: tròn, đường kính 24.6mm Tự Động Tắt: sau 15 phút không sử dụng Môi Trường: 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% Pin 3 pin 1.5V Kích thước 142.5 x 102.5 x 50.5 mm

Ghi chú: Thiết bị mới 100%

Có chứng nhận CO, CQ của Hãng

Bảo hành: theo thời gian bảo hành hãng.

Giao hàng tại: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Hiệu lực báo giá: 60 ngày

Hàng hóa trên, thông số mang tính chất tham khảo. quý đơn vị được quyền góp ý nếu nhận thấy thông số kỹ thuật trên chưa đầy đủ hoặc có chất lượng tốt hơn.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Quốc Việt – 0913031826. Địa chỉ: Khoa Dược VTTYT – Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. *jqc*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban giám đốc;
- Đăng Website TT;
- Lưu: VT, Dược VTTYT.

