

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dụng cụ, vật tư, thiết bị chuyên dùng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm các mặt hàng dụng cụ, vật tư, thiết bị chuyên dùng cho hoạt động chuyên môn năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ an
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Nguyễn Quốc Việt – Khoa Dược- VTYT - SĐT: 0913031826
- Cách thức, địa chỉ nhận báo giá:

Gửi về địa chỉ: Số 140 - đường Lê Hồng Phong, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Lưu ý: Báo giá được niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung “Báo giá các mặt hàng dụng cụ, vật tư, thiết bị chuyên dùng”. Đồng thời gửi file mềm (PDF, excel) qua email: vietytdpna@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h ngày 04 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h ngày 14 tháng 10 năm 2024

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14/10/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục, thiết bị, dụng cụ, sinh phẩm, vật tư (theo phụ lục 1 đính kèm)
- Đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá theo mẫu (phụ lục 2 đính kèm)
- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Địa chỉ: Số 140- đường Lê Hồng Phong, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tổ tư vấn mua sắm

GIÁM ĐỐC

Chu Trọng Trang

Phụ lục 2.

Tên đơn vị cung cấp

Địa chỉ

Số điện thoại



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An

Trên cơ sở thư mời báo giá số 1196 /TM-KSBT của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An ngày tháng năm 2024, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các mặt hàng như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế/ hàng hóa và dịch vụ liên quan

ĐVT: VND

STT	STT trong thư mời báo giá	Tên hàng hóa	Tiêu chí kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS (nếu có)	Năm sản xuất	Xuất xứ	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1														
...														
Tổng tiền .. mặt hàng														

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày / /2024. [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT



Phụ lục 1 DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BẢO GIÁ

Kèm theo thư mời bảo giá số 196/TM/KSBT ngày 07 tháng 10 năm 2024

TT	Tên danh mục vật tư	Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật	ĐVT	số lượng	ghi chú
1	Bộ dụng cụ chuẩn để hiệu chuẩn các thiết bị nhiệt (Máy đo nhiệt độ 2 kênh)	Dùng để hiệu chuẩn các thiết bị đo nhiệt Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị: - Đo kiểu K : -50 đến 1300oC/ -58 đến 1999oF - Độ chính xác : 0.3% - Độ phân giải : 0.1oF/1oC	Cái	1	
2	Buret thủy tinh 10ml	Dung tích: 10ml Chất liệu: Thủy tinh Độ chính xác: + 0.02 chuẩn AS Chia vạch: 0.02	Cái	1	
3	Micropipette	Piston được làm từ chất liệu Fortron đặc biệt siêu nhẹ, chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn.... khử trùng được toàn bộ pipette mà không cần tháo rời tất cả các bộ phận, Hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích. Bề mặt ngoài phía trên được phủ: Purified polypropylene (PP), polycarbonate (PC), polyetherimide (PEI) Dải thể tích: 10 µl – 100 ml	Cái	1	
4	Micropipette	Piston được làm từ chất liệu Fortron đặc biệt siêu nhẹ, chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn.... khử trùng được toàn bộ pipette mà không cần tháo rời tất cả các bộ phận, Hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích. Bề mặt ngoài phía trên được phủ: Purified polypropylene (PP), polycarbonate (PC), polyetherimide (PEI) Dải thể tích: 100 µl – 1000 ml	Cái	1	
5	Bếp gia nhiệt	Có thể đặt được nhiều vị trí trên bề mặt Kích thước bề mặt gia nhiệt (mm): 600 × 400 Sản xuất:: 2022-2024 Công suất (KW): 3,6 Điện áp đầu vào (V): 220/ 50-60 Hz Nhiệt độ bề mặt (°C): <= 400 Trọng lượng: khoảng 35 kg	Cái	1	

TT	Tên danh mục vật tư	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật	ĐVT	số lượng	ghi chú
6	Tủ bảo quản mẫu, hóa chất 0 - 10 °C	Dung tích sử dụng: 340 lít - Ngăn mát 340 lít Số cửa:2 cửa Số ngăn:2 ngăn mát Công suất danh định:204W Nhiệt độ ngăn mát (độ C):0°C - 10°C Công nghệ tích hợp:Làm lạnh trực tiếp Chất liệu dàn lạnh:Nhôm Chất liệu lòng tủ:Nhựa Chất liệu bên ngoài:Thân tủ: Tôn sơn tĩnh điện, Cửa tủ: Kính cách nhiệt Low-E Tiện ích: Đèn LED; Vi Khoá; cửa tủ: Cửa kính; Lỗ thoát nước; Bánh xe Kích thước, khối lượng:Cao 200.7 cm - Ngang 62.6 cm - Sâu 60.8 cm - Nặng 72 kg Loại Gas:R134a Độ ồn:32 - 42 dB	Tủ	1	

TT	Tên danh mục vật tư	Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật	Đơn vị tính	số lượng	ghi chú
1	Máy đo Clo	Thang đo 0.00 đến 5.00 mg/L (ppm) Cl2 Độ phân giải 0.01 mg/L (ppm) Độ chính xác ±0.03 mg/L và ±3% giá trị đo Nguồn đèn Đèn LED Nguồn sáng tế bào quang điện silicon @ 525 nm Loại cuvet tròn, đường kính 24.6mm Tự Động Tắt sau 15 phút không sử dụng Môi Trường 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% Pin 3 pin 1.5V Kích thước 142.5 x 102.5 x 50.5 mm Khối lượng 380 g Bảo hành 12 tháng . Cung cấp gồm: - Máy đo chính - 2 cuvet có nắp - Dung dịch CALCheck để hiệu chuẩn máy - 3 pin 1.5V - Khăn lau cuvet - Kéo - Chứng chỉ chất lượng từ nhà máy - Hướng dẫn sử dụng - Vali đựng máy - Chất chuẩn đo Clo dư, - 100 mẫu/hộp	Máy	1	